



Městská část Praha 17
PhDr. Jitka Synková
Starostka

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zařízení pro bezkontaktní měření tělesné teploty“

Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá v souladu s ustanovením §27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky:

„Zařízení pro bezkontaktní měření tělesné teploty“

1. Identifikační údaje zadavatele

Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
IČO: 00231223, DIČ: CZ00231223
ID datové schránky: 4mnbvza

Oprávněná osoba za zadavatele jednat: PhDr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17

Kontaktní osoba:

ve věcech technických – Jakub Tichý tel. 234 683 572

E-mail: jakub.tichy@praha17.cz

ve věcech organizačních – Bc. Petr Loučka tel. 234 683 520

E-mail: petr.loucka@praha17.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup, oživení a pravidelná údržba zařízení pro bezkontaktní měření tělesné teploty dle specifikace uvedené v příloze č. 1. Montáž dodaných zařízení provede zadavatel. Po montáži kontaktuje dodavatele, který do 14 dnů provede oživení, nastavení a zaškolení obsluhy na všech lokalitách. Lokality se nacházejí na území Městské části Praha 17 a jejich seznam je uveden v příloze č. 2.

3. Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele – Žalanského 291/12b, 163 02 Praha – Řepy.

4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje nabídkovou cenu členit takto:

- v Kč bez DPH
- v Kč výši DPH
- v Kč včetně DPH

Nabídková cena dodavatele musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Uchazeč je povinen ocenit a předložit položkový rozpočet.

V nabídkové ceně dodavatele musí být zahrnuty veškeré náklady související s poskytovaným plněním, případné náklady či poplatky a další výdaje, které při plnění předmětu veřejné zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout, tj. včetně nákladů na dopravu, obaly, clo atp..

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím systému E-ZAK.

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 7.9.2020

Hodina: do 10:00 hod.

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.repy.cz>.

Veřejné otevírání nabídek se nekoná.

6. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria – Nabídková cena v Kč s DPH. V případě shodné nejnižší nabídkové ceny u více uchazečů bude o vítězné nabídce rozhodnuto losem.

7. Zadávací lhůta (po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je 60 dnů od otevírání obálek.

8. Obchodní podmínky vč. platebních.

Předmět zakázky bude dodán nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Splatnost faktur od data doručení zadavateli 21 dní.

Smluvní pokuta z prodlení s předáním díla činí 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to kdykoli do doby uzavření smlouvy. Dále si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

9. Požadavky na splnění kvalifikace

Dodavatel musí být profesně způsobilý – je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci a je oprávněn k poskytování plnění odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Osoba, která bude provádět kalibraci zařízení se musí prokázat platným certifikátem výrobce opravňujícím dotyčného provádět tyto úkony.

10. Nabídka bude obsahovat:

Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny požadované doklady, pokud není stanoveno jinak, jsou předkládány ve formě prosté kopie.

Uchazečem předložená nabídka musí obsahovat:

- Přesnou specifikaci parametrů nabízeného zboží
- Návrh smlouvy, který musí akceptovat platební a obchodní podmínky
- Zpracování nabídkové ceny

Přílohy:

1. Specifikace zboží
2. Seznam lokalit

V Praze dne 28.8.2020

PhDr. Jitka Synková
Starostka
v zastoupení Martin Marek
místostarosta

Příloha č. 1 - Požadavky na dodávané zařízení

Specifikace poptávaného zboží – počet – označení – složení, skladba, obsah:

Dále uvedené parametry a podmínky jsou minimální a musí být splněny nebo překročeny (není-li řečeno jinak).

Požadavky zařízení s pevnou montáží

Komponenta	Parametry
Kamera	Bispektrální kamery vybavena dvěma senzory – senzor den/noc a termovizní senzor
Senzory	- pro snímání viditelného spektra bude vybavena CMOS senzorem o velikosti 1/2.7“ a rozlišením minimálně 2688x1520 (4Mpx) - IR přísvit minimálně 38 m s automatickou regulací výkonu - pro snímání termovizního spektra bude vybavena nechlazeným mikrobolometrem s min. rozlišením 160x120px a vlnovou délkou od min. 8 μm do min. 14 μm. Minimální ostřicí vzdálenost 0,6 m.
Vlastnosti	- přesnost měření tělesné teploty +/- 0,5 °C bez použití referenčního bodu - přesnost měření tělesné teploty +/- 0,3 °C s použitím referenčního bodu - objektiv min. 3,1 mm - kamera bude schopna provést detekci obličeje a bude provádět měření na čele měřené osoby - kamera (případně obslužný SW) musí být schopna změřit až minimálně 30 osob v jeden okamžik - kamera (případně obslužný SW) musí být schopen detekce osob bez nasazené roušky - připojení kamery bude pomocí ethernetového rozhraní RJ45 a bude napájena PoE přímo z rekorderu, komunikace bude probíhat TCP/IP protokolem - plná lokalizace do českého jazyka - živé zobrazení - konfigurace pomocí webového prohlížeče - napájení PoE
Rekorder, který bude sloužit pouze pro zobrazení živého streamu (není potřeba záznam) z kamery a bude vybaven dostatečným počtem portů napájených PoE pro chod kamery. K rekorderu bude přímo připojen monitor pomocí VGA konektoru.	

Požadavky na přenosná zařízení

Komponenta	Parametry
Kamera	Přenosná termovizní kamera
Senzory	nechlazený mikrobolometrem s min. rozlišením 160x120px a vlnovou délkou od min. 8 μm do min. 14
Vlastnosti	- displej min. 2,4“ s rozlišením min. 320x240 px s podporou různých palet zobrazení termovizního obrazu - lokální záznam - přesnost měření tělesné teploty +/- 0,5 °C bez použití referenčního bodu - integrovaná baterie - doba provozu minimálně 7 hodin - možnost nabíjení ze standardní napájecí soustavy pomocí nabíjecího zdroje - bajonet pro montáž na stativ - krytí IP54 - platný test na pád z výšky 2 m

Požadavky na kalibrační bod – black body

Komponenta	Parametry
Typ zařízení	standardizované zařízení sloužící jako kalibrační těleso pro výrobky pracující v infračerveném spektru
Vlastnosti	- práce v teplotním rozsahu min. 5 °C až min. 50 °C - teplotní rozlišení 0,1 °C - přesnost emitované teploty min. +/- 0,1 °C - teplotní stabilita kalibračního bodu min. +/- 0,1 °C/h - napájení ze standardní napájecí soustavy - spotřeba max. 20 W

Dodavatel bude provádět pravidelnou kalibraci dle doporučení výrobce, minimálně však jednou za půl roku, po dobu záruky dodávaných zařízení.

Záruka na všechna zařízení bude minimálně 3 roky.

Celkový počet zařízení s pevnou montáží: 6

Celkový počet rekorderů: 5

Celkový počet kalibračních bodů – black body: 1

Celkový počet přenosných zařízení: 10

Příloha č. 2 – Seznam lokalit

- Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, zařízení s pevnou montáží 1 ks a rekorder 1 ks
- Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, zařízení s pevnou montáží 1 ks, kalibrační bod – black body 1 ks a přenosné zařízení 1 ks
- Základní škola genpor. Františka Peřiny
 - Socháňova 19/1139, zařízení s pevnou montáží 1 ks a rekorder 1 ks
 - Laudova 10/102,4 zařízení s pevnou montáží 1 ks a rekorder 1 ks
- Základní škola JANA WERICHA, Španielova 19/1111 zařízení s pevnou montáží 1 ks a rekorder 1 ks
- Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, přenosné zařízení 2 ks
- Mateřská škola Bendova, Bendova 1/1123, přenosné zařízení 2 ks
- Mateřská škola Socháňova, Socháňova 23/1176, přenosné zařízení 2 ks
- Mateřská škola Pastelka, Španielova 27/1316, přenosné zařízení 2 ks
- Základní umělecká škola Blatiny, Španielova 50/1124, přenosné zařízení 1 ks
- Centrum sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121/5, zařízení s pevnou montáží 1 ks a rekorder 1 ks